

**PREANALIZINIO ETAPO VERTINIMO POŽYMIAI,
KAI TYRIMAI NEATLIEKAMI (MAK)**

Parengta pagal PR 7.2-2, leidimas Nr. 5.0, 2026-07-17

Situacija	Neatitikimo kodas	Neatitikimo pavadinimas
1	2	3
Į laboratoriją pristatomas mėginys be siuntimo formos ar užregistruoto užsakymo LIS'e.	MAK1	Nėra siuntimo formos
Į laboratoriją atvyksta siuntimo forma arba LIS'e yra užregistruotas užsakymas, tačiau nepristatytas mėginys.	MAK1.1	Nepristatytas mėginys (krešėjimas)
	MAK1.2	Nepristatytas mėginys (hematologija)
	MAK1.3	Nepristatytas mėginys (ENG)
	MAK1.4	Nepristatytas mėginys (seruminis)
	MAK1.5	Nepristatytas mėginys (plazma)
	MAK1.6	Nepristatytas mėginys (spec.)
	MAK1.7	Nepristatytas mėginys (šlapimas)
	MAK1.8	Nepristatytas mėginys (išmatos)
	MAK1.9	Nepristatytas mėginys (skysta terpė)
	MAK1.10	Nepristatytas mėginys (transportinė terpė)
	MAK1.11	Nepristatytas mėginys (nagų fragmentai)
	MAK1.12	Nepristatytas mėginys (odos skutmenos)
	MAK1.13	Nepristatytas mėginys (stikliukas)
	MAK1.15	Nepristatytas mėginys (sterilus indas)
Ilgą laiką (laikotarpis sutartinis) sistemoje yra sukurtas užsakymas, tačiau ėminiai nepristatomi.	MAK1.14	Nepristatyti mėginiai (Automatiškai atšaukiamas visas užsakymas, kai nepristatomi ėminiai)
Ant taros (mėgintuvėlio, šlapimo indelio, stikliuko ir pan.) nenurodyti paciento Vardas, Pavardė, asmens kodas, brūkšninis kodas ar nėra jokio kitokio ženklinimo, leidžiančio identifikuoti.	MAK2	Neidentifikuota tiriamoji medžiaga
Pvz. AKTH tiriamas plazmoje (mėgintuvėlis violetiniu kamšteliu), o atsiųstas serumas (mėgintuvėlis raudonu ar geltonu kamšteliu). Pvz. cukrinio diabeto diagnostikai reikia tirti gliukozę plazmoje, o atsiųstas serumas. Pvz. šlapimas pristatytas nesteriliame inde.	MAK3	Tiriamoji medžiaga paimta į netinkamą tarą/netinkama tiriamoji medžiaga
Pvz. rytinis kortizolis turi būti paimamas 7-9 val., o paimtas 12 val.	MAK4	Netinkamas ėminio paėmimo laikas
Negaliojantis mėgintuvėlis	MAK5.1	Negaliojantis mėgintuvėlis (hematologija)
	MAK5.2	Negaliojantis mėgintuvėlis (krešėjimas)
	MAK5.3	Negaliojantis mėgintuvėlis (pilkas)
	MAK5.4	Negaliojantis mėgintuvėlis (juodas)
	MAK5.5	Negaliojantis mėgintuvėlis (žalias)
	MAK5.6	Negaliojantis mėgintuvėlis (spec.)

**PREANALIZINIO ETAPO VERTINIMO POŽYMIAI,
KAI TYRIMAI NEATLIEKAMI (MAK)**

Parengta pagal PR 7.2-2, leidimas Nr. 5.0, 2026-07-17

Krešėjimo tyrimai neatliekami paėmus < 90% kraujo iki žymos.	MAK6.1	Neišlaikytas mėginio ir antikoagulianto santykis (krešėjimas)
BKV neatliekamas, paėmus < 40% kraujo iki žymos.	MAK6.2	Neišlaikytas mėginio ir antikoagulianto santykis (hematologija)
ENG neatliekamas, nepaėmus kraujo iki žymos.	MAK6.3	Neišlaikytas mėginio ir antikoagulianto santykis (ENG)
Mėginyje nustatyti krešuliai	MAK7.1	Mėginyje nustatyti krešuliai (krešėjimas)
	MAK7.2	Mėginyje nustatyti krešuliai (hematologija)
	MAK7.3	Mėginyje nustatyti krešuliai (ENG)
	MAK7.4	Mėginyje nustatyti krešuliai (pilkas)
Aiškiai akimi matoma hemolizė pagal TV-1 7.2-2 "HIL indikatorius ir jo taikymas".	MAK8.1	Nustatyta hemolizė (hematologija)
	MAK8.2	Nustatyta hemolizė (biochemija)
	MAK8.3	Nustatyta hemolizė (krešėjimas)
Pvz. neapsaugotas nuo šviesos. Pvz. netinkama temperatūra. Pvz. pristatomas atitirpęs, nors buvo užšaldytas ir nėra galimybės pagal grafiką atlikti tyrimų.	MAK9	Netinkamos transportavimo sąlygos
Išsiliejo, sudužo mėginys.	MAK10	Mėginys pažeistas transportuojant
Ėminys per vėlai pakliuvo į laboratoriją, yra nebetinkamas tyrimui.	MAK11	Pasibaigęs stabilumas
Aiškiai akimi matoma lipemija - pagal TV-1 7.2-2 "HIL indikatorius ir jo taikymas".	MAK12.1	Nustatyta lipemija (hematologija)
	MAK12.2	Nustatyta lipemija (biochemija)
	MAK12.3	Nustatyta lipemija (krešėjimas)